

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na „Dostawa komory laminarnej, wytrząsarki oraz pipet dla Zakładu Toksykologii”

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę sprzętu dla Zakładu Toksykologii (PT).

Udzielający zamówienia: Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie, ul. Doświadczalna 27, 43-200 Pszczyna.

Opis przedmiotu zamówienia:

I. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Komora laminarna II klasa bezpieczeństwa – 1 szt. o następujących parametrach:

- a) Wolnostojąca, o maksymalnej szerokości zewnętrznej 150 cm i blacie roboczym o szerokości nie mniejszej niż 120 cm,
- b) II klasa bezpieczeństwa biologicznego (Biohazard) wg normy EN-12469:2000. Zapewnienie całkowitej sterylności przestrzeni roboczej oraz pełnej ochrony,
- c) Dwa filtry HEPA - obszaru pracy i wylotowy o efektywności nie mniejszej niż 99,999%,
- d) System alarmowy informuje o nieprawidłowościach laminarnego przepływu powietrza, otwartym oknie frontowym, zużyciu filtrów HEPA i lampy UV, blokadzie wylotowego otworu powietrza, nieprawidłowej pracy wentylatora oraz zaniku zasilania,
- e) Wyposażenie w minimum jeden wentylator,
- f) System filtracyjny powinien zapewniać przepływ powietrza z minimalną średnią prędkością przekraczającą 0.4 m/s (zgodne z normą EN-12469),
- g) Poziom hałasu: < 58 dBA,
- h) Oświetlenie białe jarzeniowe min. 1400 lux,

- i) Lampa UV; zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem lampy UV podczas pracy,
- j) Gniazda elektryczne (3-5), gniazdo gazowe, gniazdo próżni,
- k) Błat roboczy ze stali nierdzewnej dzielony na minimum 3 części,
- l) Transport do pomieszczeń na parterze drzwiami o świetle 110 cm,
- m) Gwarancja min. 36 miesięcy,
- n) Deklaracja zgodności CE.

2. Wytrząsarka z możliwością inkubacji (inkubator z wytrząsaniem) próbek 50 ml w temperaturze 37°C przy 250 rpm z amplitudą 2,5-3 cm – 1 szt. o następujących minimalnych parametrach:

- a) Regulacja temperatury + 5°C powyżej temperatury otoczenia do 80°C,
- b) Dokładność nastawy temperatury 0,5°C,
- c) Zakres obrotów 40 do 400 obr/min z regulacją płynną,
- d) Amplituda wytrząsania 25 mm,
- e) Możliwość mocowania statywów na próbki oraz uchwytów na kolby o pojemności od 10 mL do 1 litra.

3. Pipety po 1 szt.

- a) Pipeta regulowana o pojemności 20 µl,
- b) Pipeta regulowana o pojemności 200 µl,
- c) Pipeta regulowana o pojemności 1000µl,
- d) Pipeta automatyczna 8-kanalowa o pojemności 5-50µl zmiennopojemnościowa + końcówki,
- e) Pipeta automatyczna 8-kanalowa o pojemności 20-200µl zmiennopojemnościowa + końcówki,
- f) Pipeta o pojemności 5 ml,
- g) Pipeta o pojemności 10 ml.

4. WYMAGANIA DODATKOWE

Po dostarczeniu sprzętów do Zamawiającego powinny być one gotowe do pracy bez

dotatkowych zakupów. Cena powinna obejmować dostarczenie urządzeń pod wskazany adres, instalację oraz przeszkolenie w zakresie obsługi urządzeń w laboratorium użytkownika. Urządzenia muszą być objęte gwarancją, liczoną od dnia podpisania protokołu odbioru jakościowego. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i wad prawnych. Urządzenia muszą posiadać deklarację zgodności, przez co należy rozumieć wystawione przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oświadczenie stwierdzające, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą i posiadać oznakowanie CE – jeżeli wymaga tego specyfikacja urządzenia.

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania o cenę. **Złożenie oferty jest równoznaczne z deklaracją dostarczenia sprzętów o parametrach określonych w opisie technicznym.**
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z postępowaniem oraz złożeniem oferty.
4. Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem dołączonym do zapytania.
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie lub inną trwałą i czytelną techniką i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
6. Dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za godność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
7. Oferta powinna być opatrzona pieczętą firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Ofertę należy przesłać na adres: Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie, ul. Doświadczalna 27, 43-200 Pszczyna lub złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego, sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00.
8. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie lub opakowaniu z dopiskiem o następującej treści **„Dostawa komory laminarnej, wytrząsarki oraz pipet dla Zakładu**

Toksykologii” – nie otwierać przed 18.03.2015 r. godz. 10:15.

9. Oferty, które zostaną dostarczone w stanie uszkodzonym lub po terminie składania nie będą dopuszczone do postępowania i zostaną zwrócone Oferentom.
10. Do oferty należy dołączyć odpis z właściwego rejestru sądowego, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.
11. Ponadto należy dołączyć pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę, do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
12. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.ipo-pszczyna.pl.
13. Oferty należy składać do dnia 18.03.2015 r. do godz. 10:00.
14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03.2015 r. o godz. 10:15.
15. **kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty stanowi cena.**

Kryterium - cena - stanowi 100% wagi

uwzględniając powyższe kryterium zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu, otrzymała najwyższą ocenę punktową i uznana została za najkorzystniejszą.

16. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert tj. od 18.03.2015 r.
17. Termin dostawy i montażu zestawu do 5 tygodni od dnia udzielenia zamówienia/podpisania umowy.
18. Termin płatności 30 dni od dnia wystawienia faktury przez wykonawcę. Faktura może być wystawiona najwcześniej po bezusterkowym odbiorze jakościowym i ilościowym.

.....
(pieczęć firmowa wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy Zapytania ofertowego dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na
„Dostawa komory laminarnej, wytrząsarki oraz pipet dla Zakładu Toksykologii”

WYKONAWCA:

.....
(pełna nazwa firmy)

.....
(adres firmy)

telefon fax:

NIP, REGON

1. Spełniając warunki określone w zapytaniu, składamy ofertę wykonania przedmiotu zamówienia za całkowitą cenę:

1.1 cena netto:zł,

(słownie.....zł)

1.2 stawka podatku VAT%, wartość podatku VATzł

1.3 cena brutto:zł,

(słownie.....zł)

2. Termin wykonania dostawy i montażu: do 5 tygodni od dnia zamówienia/podpisania umowy.
3. Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez zamawiającego.

Ponadto oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami szczegółowymi określonymi w zapytaniu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
2. Będziemy związani ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert a w razie wyboru oferty zobowiązujemy się przyjąć zlecenie do realizacji/podpisać umowę na realizację zamówienia.
3. Wszystkie oświadczenia i informacje załączone do oferty są kompletne, dokładne i prawdziwe. Oferta zawiera stron ponumerowanych w kolejności ułożenia, w tym załączników. Wykaz załączników dołączamy do niniejszego formularza ofertowego.
4. Deklaruję, dostawę sprzętów zgodnie z opisem technicznym zapytania o cenę.

.....

Data

.....
podpis osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy