



INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO
Pszczyna

Wpłynęło dnia 20.03.2016

Nr dokumentu 830/2016

Skierowano do PCA

LabIndExLaboratoryIndustryExperts

Aparatura laboratoryjna i przemysłowa » Meble oraz szkół laboratoryjne

Profesjonalne doradztwo » Rozsądne ceny » Sprawny serwis

Przebiegi okresowe » Kwalifikacje IQ/OQ/PQ

Labindex ul. Nutki 3-5, 02-785 Warszawa tel 22 408 77 88 fax 22 408 74 11 www.labindex.pl biuro@labindex.pl

Warszawa, dnia 20 marca 2016

Sz.Pani. Katarzyna Winiarska

Fax 32 210 30 81

e-mail ipo@ipo-pszczyna.pl

Dostawa chromatografu cieczowego z detektorem DAD Nr.3/PA/2016

Pytanie dotyczące postępowania

Czy chromatograf HPLC z pompą poczwórną o precyzji przepływu $< 0.07\%$ RSD ASTM i zmianami przepływu z krokiem o 0,001ml/min w zakresie 0,001-10.000 ml/min spełniający wszystkie inne wymagania techniczne i analityczne jest przez Państwa akceptowany?

Czy chromatograf HPLC z termostatem kolumnowym o zakresie termostatu od $+5^{\circ}\text{C}$ (od temperatury otoczenia) do 70°C spełniający wszystkie inne wymagania techniczne i analityczne jest przez Państwa akceptowany?

Informację proszę przesłać na email michalis.stambuldzys@labindex.pl lub biuro@labindex.pl lub fax 22 40874 11.

Z poważaniem,



Michalis Stambuldzys