

Uszczegółowienie parametrów technicznych komory laminarnej.

- wnętrze obszaru pracy wykonane w całości ze stali nierdzewnej w konstrukcji bezszwowej z zaokrąglonymi bokami co ogranicza do minimum liczbę powierzchni stwarzających ryzyko kontaminacji,
- misa ze stali nierdzewnej umieszczona pod blatem roboczym pozwalające na zbieranie rozlanych cieczy,
- konstrukcja komory powinna umożliwiać wniesienie urządzenia przez drzwi o szerokości 90 cm.